

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowskie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Sopocie dopuszcza:
 - 1) rozbudowę systemu przywoławczego VISOCALL w standardzie Schrack Seconet,
 - 2) dostarczenie urządzeń niezależnych i niekompatybilnych z istniejącym systemem przywoławczym VISOCALL w standardzie Schrack Seconet.
2. Każde wezwanie z systemu przyzywowego ma być sygnalizowane do odpowiedniej dyżurki pielęgniarstwa.
3. Wezwania pielęgniarki z modułów przyłóżkowych oraz modułów pociągowych muszą być dystrybuowane na lampę korytarzową.
4. Każde z wygenerowanych zdarzeń ma być zapisywane w bazie danych i ma zawierać informacje o lokalizacji z dokładnością do konkretnego modułu (wyjątkiem są toalety, gdzie dokładności może być ograniczona do pomieszczenia), dokładnego czasu (data i godzina). Zdarzenia powiązane z jednym wezwaniem, mają być w bazie ze sobą powiązane w celu możliwości wygenerowania raportów z obsługi poszczególnych zgłoszeń oraz statystyk czasowych ilościowych i czasowych.
5. W systemie przywoławczym na korytarzu nad drzwiami do pomieszczeń objętych elementami przywoławczymi przewidziano lampki sygnałowe.
6. Przy drzwiach pokoiów sanatoryjnych przewidziano kasowniki przyciskowe.
7. Przy łóżkach pacjentów przewidziano moduły przyłóżkowe przyciskowe.
8. Na każdą taką łazienkę przewidziano jeden moduł pociągowy zlokalizowany pomiędzy ustępem, a natryskiem. Moduły pociągowe montowane przy natryskach będą posiadać odpowiednią dla pomieszczeń wilgotnych klasę szczelności. Dla zmniejszenia kosztów utrzymania systemu linki w modułach pociągowych mają budowę zabezpieczającą moduł przed trwałym uszkodzeniem przy zbyt silnym pociągnięciu (przywrócenie poprawnego działania elementu musi być możliwe bez użycia jakiegokolwiek narzędzia i wiedzy technicznej).

Wymagania techniczne dla elementów systemu przyzywowego i komunikacji bezprzewodowej:

Moduł przyłóżkowy:

1. jednokolorowy przycisk, podświetlany oraz sygnalizujący wciśnięcie,
2. jednoznaczna identyfikacja w skali całego systemu przywoławczego,

Moduł przywoławczy – kasujący:

1. jednokolorowy przycisk, podświetlany oraz sygnalizujący wciśnięcie,
2. jednoznaczna identyfikacja w skali całego systemu przywoławczego,

Moduł toaletowy pociągowy:

1. jednoznaczna identyfikacja w skali całego systemu przywoławczego,
2. linka o długości minimum 2 m umożliwiająca wezwanie personelu poprzez pociągnięcie,
3. odpowiednia szczelność dla pomieszczeń wilgotnych.